

Műszaki specifikáció „Gyomorcsövek, szondák”

Székhely: Észak-pesti Centrumkórház- Honvédkórház

Megnevezés	Specifikáció
Gyomor cső 14Ch	Steril, anyaga karcinogén (DEPH), pirogén - és allergia mentes. Egyszerhasználatos, 80-85 cm hosszú, atraumatikus gömbölyített véggel és oldalnyílással, hosszúság beosztással, szinkódolt csatlakozással, tölcser/kúpos csatlakozás, röntgen árnyékot adó sávot tartalmazzon.
Gyomor cső 16Ch	
Gyomorső 18Ch	
Gyomorső 25Ch	
Gyomorső 28Ch	
Gyomorső szondával 12 Ch	Steril, anyaga karcinogén (DEPH), pirogén - és allergia mentes, zárt atraumatikus gömbölyű vég 2-2 oldal nyílással, műanyag vezető drót, röntgen árnyékot adó sávok, szinkódolt tölcser/kúpos csatlakozás, kb. 125 cm, hosszúság beosztással.
Gyomorső szondával 14 Ch	
Gyomorső szondával 16 Ch	
Gyomorső szondával 18 Ch	